

メドトロニック社製植込み型心臓ペースメーカーについて

2019年1月30日

この度、2019年1月18日付けで日本メドトロニック株式会社より、**植込み型心臓ペースメーカーの一部の製品に不具合が起こる可能性がある**として、各報道機関により報道がされております。

当院は既に日本メドトロニックよりこの問題に関する詳細な説明を受けており、当院の患者様がご使用中のペースメーカーは今回の自主回収の**対象外**であることを確認いたしました。ご安心ください。

同社ペースメーカー使用の患者様に書面での連絡をさせていただいております。患者様及びご家族の皆様にはご心配をお掛け致しました。

上記のご連絡に関して、追加のご報告がございます

2019年2月7日

2月4日付で**追加の対象ペースメーカー**があるとして、追って発表がありました。

2月5日時点、当院が関与する患者様がご使用中のペースメーカーは**対象外**であることが確認されておりますことをご報告いたします。不具合が起こる可能性があるペースメーカーの製品名及び製造番号はメドトロニック社ホームページ上にて掲載がされており、患者様がご使用中のペースメーカーについては、ペースメーカー手帳内『ペースメーカー情報』の記載からご確認いただけます。また、患者様にご連絡する都合より連絡先の変更がございましたら、その都度職員にお声掛けいただけますようお願い申し上げます。

今後も情報に注意し、患者様・ご家族様にお伝えする内容がございましたら、ご連絡させていただきまします。宜しくようお願い申し上げます。